

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«23» июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 58 748 от 23.07.2018г.

Код образца (пробы): 47806.2.26.06.18.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения (№2вода питьевая из
распределительной сети холодная с. Старая Ивановка ул. Центральная)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской
области

2.1 Юридический адрес:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской
области

3.1 Юридический адрес*:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3.2. Фактический адрес*:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3.3 Дата и время изготовления *

26.06.2018

4. Дополнительные сведения*:

Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из распределительной сети
на микробиологические показатели отобрана по договору №231 от 09.04.2018г из
водопроводного крана с. Старая Ивановка Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды)
от 26.06.2018

5. Дата и время* отбора:

26.06.2018 час 11 мин 30

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 58 748 от 23.07.2018

Стр.1 из 2

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава с/п Зубов В.И.

6. Дата начала испытаний: 26.06.2018

Дата окончания испытаний: 02.07.2018

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 388/947 от 02.07.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД, на методы испытаний |
|--|---|--|-------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 388/947 | | | |
| ОМЧ | 1 КОЕ/мл | число образующий колоний бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | число бактерий в 100мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружены в 100 мл | число бактерий в 100мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружены в 100 мл | число бляшкообразующих единиц в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 58 748 от 23.07.2018

Стр.2 из 2